

ТРИЙОДТИРОНІН (ТЗ), КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Triiodothyronine (T3) Quality Control

Кат. №: 52105052

Дата випуску інструкції: 12-12-2022

Версія: А/0



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Лот: Дивіться етикетку

Термін придатності: Дивіться етикетку

Назва продукту

Загальна назва: Трийодтиронін (ТЗ), Контроль якості

Торгова назва: ТЗ QC

Специфікація упаковки

2 x 0.5 мл (mL)/пляшку

Кат. №: 52105052

Призначення

Цей набір використовується для контролю якості Трийодтироніну на кількісному імунофлуоресцентному аналізаторі.

Основні компоненти

Рекомбінантний білок Трийодтироніну.

Зберігання та стабільність

НЕ ВІДКРИТИЙ: КЯ залишається стабільним протягом 18 місяців (див. етикетку щодо конкретної дати) при зберіганні від -25 °C (°C) до 8 °C (°C).

ВІДКРИТИЙ: Відновлений КЯ стабільний протягом 6 днів при -20 °C (°C) або 6 днів при 2-8 °C (°C) в термраві.

Примітка: Уникайте повторного заморожування та розморожування відновлених КЯ.

Методи випробувань

1. Перед використанням доведіть контроль якості до кімнатної температури (18-30 °C (°C)).
2. Обережно відкрийте кришку пляшки, щоб уникнути розбризкування вмісту.
3. Додайте 0.5 мл (mL) очищеної води.
4. Закрийте пляшку кришкою та залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин, обережно струсіть пляшку, щоб повністю розчинити сухий порошок.
5. Після повного розчинення сухого порошку використовуйте його як зразок.

Застереження

1. Використовувати тільки для діагностики *in vitro*; зверніться до Посібника з експлуатації.
2. Не використовуйте реагенти, в яких закінчився термін придатності.
3. Не використовуйте реагенти різних партій разом.

Цільові значення

Продукти контролю якості, вироблені в кожній партії, будуть подані до кількох референс-лабораторій, і оцінка буде завершена після того, як ці лабораторії отримають надійні результати. Для кожної партії надається діапазон контролю якості для кожного параметра та кожного методу параметра. Діапазон контролю якості дорівнює встановленому середньому $\pm 3SD$. Це може дати надзвичайно точні значення, які можуть використовуватися лабораторіями для забезпечення точності їхніх методів.

Аналіт	Одиниця	Діапазон		
		Цільове значення	нижнє	верхнє
Трийодтиронін	нмоль/л (nmol/L)	Відповідно до партії	Відповідно до партії	Відповідно до партії



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3
Geya Technology Park,
Guangming District, 518106
Shenzhen, China
Phone: + 86-755-26835560
Fax: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК Інк.
4-10Ф, Будівля 3
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
e-пошта: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +38 (0342) 775 122
e-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua

